

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152443**Référence****MC3005792000****Nom****DPD 0,15 % SERES****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
18/08/2015	6 Mois	18/02/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire.
Sulfate DPD 1,5 g
Acide sulfurique 2 ml
EDTA 0,2 g
Eau QSP 1 000 ml

Date**02/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité