

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

152450**Référence****89440290****Nom****SOLUTION AQUEUSE DE NH₄CHO₂ 4mM A PH 3,2****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
18/08/2015	12 Mois	18/08/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
252 mg formiate d'ammonium Ref 84884
QSP 1000 ml eau désionisée
pH=3,2 +/- 0,05
Filtration 0,45 µm

Date**02/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité