

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152470**Référence****87723290****Nom****REACTIF B****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
20/08/2015	12 Mois	20/08/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Disulphine blue réf merck1.12144 400 mg
Dimidium bromure réf merck1.12130 300 mg
Eau déminéralisée QSP 1000 ml

Date**02/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité