

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152483**Référence****MC3110120100 0****Nom****Réactif picro alcalin****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
24/08/2015	12 Mois	24/08/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Carbonate lithium 2,5 g
Acide picrique 5 g
Eau QSP 1 000 ml

Date**15/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité