

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152499**Référence****87109300****Nom****Mélange Chlorure d'ammonium/ammoniaque/EDTA****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
24/08/2015	12 Mois	24/08/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 54 g Ammonium Chlorure Ref Merk 1145
- 350 ml Ammoniaque 25% Ref Merck 5432
- 30 g EDTA magnésien Ref Merck 8409
QSP 1000 ml eau distillée

Date**02/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité