

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

152515**Référence****882135120****Nom****Solution d'acide à 2 % pour analyseur NH4 et DCO****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican 5 litres DIN 51

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
25/08/2015	12 Mois	25/08/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 20 ml acide sulfurique 95 % Ref Merck 1.00731
qsp 1000 ML eau désionisée

Date	Visa
02/09/2015	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE