

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152517**Référence****88883260****Nom****TITRANT TH 0,8 M****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
25/08/2015	12 Mois	25/08/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
TitriplexIII réf merck 1.08418 297,79 g
Sodium hydroxyde réf 1.06498 40 g
Eau déminéralisée QSP 1000 ml

Date**02/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité