

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152528**Référence****MC3023300500****Nom****Zinc 0,1 M****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
27/08/2015	12 Mois	27/08/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Zinc chlorure 13,628 g
Acide chlorhydrique 37 % 1,8 ml
Eau QSP 1000 ml

Date**02/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité