

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

152564**Référence****87115290****Nom****EAU HPLC ACIDIFIEE A L'ACIDE ACETIQUE****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
01/09/2015	12 Mois	01/09/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Acide acétique réf 100063 20 ml
Eau HPLC réf 15333 QSP 1000 ml

Date**07/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité