

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152566**Référence****87399290****Nom****ETALON COT A 25 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
01/09/2015	3 Mois	01/12/2015

CONFORMITE

Concentration = 25 mg/l +/- 0,2%

Date**07/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité