

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152605**Référence****85217290****Nom****SOLUTION TAMPON PH 2****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
04/09/2015	12 Mois	04/09/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
6,57 g Potassium chlorure Ref Prolabo 26764
119 ml Acide Chlorhydrique 0,1 N
QSP 1000 ml eau désionisée
pH = 2,0 +/- 0,1

Date**15/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité