

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

152661**Référence****MC3110380500 0****Nom****Solution tampon pH 10 au chlorure ammonium****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
10/09/2015	6 Mois	10/03/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Chlorure ammonium 54 g
Ammoniaque 150 ml
Eau QSP 1 000 ml

Date**15/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité