

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152711**Référence****MC3076626010 6****Nom****Tampon pH 10 SERES****PRODUCTION****Conditionnement** Cubi plastique 10 litres (cubidor)

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
15/09/2015	12 Mois	15/09/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Sodium hydroxyde 18,75 g
Acide borique 33 g
Potassium chlorure 39,7 g
Eau QSP 1000 ml

Date**24/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité