

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152721**Référence****MC3138472000 2****Nom****SOLUTION MOLYBDATE POUR PHOSPHATE
METRE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
16/09/2015	12 Mois	16/09/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté 26 g
Potassium antimoine tartrate pentahydraté 0,7 g
Eau distillée 100 ml
Acide sulfurique 12 N QSP 1000 ml

Date**24/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité