

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152733**Référence****MC3110390500 0****Nom****Solution tampon phosphate pH 7****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
17/09/2015	6 Mois	17/03/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Phosphate mono pot. 27,220 g
Soude 2 N 66,00 ml
Eau QSP 1 000 ml

Date**24/09/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité