

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**152791****Référence****85113290****Nom****ETALON COT 1000 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 24/09/2015         | 12 Mois              | 24/09/2016                                      |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
Potassium hydrogenophthalate 2,125 g  
Eau QSP 1000 ml

**Date****01/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité