

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152834**Référence****89548260****Nom****SOLUTION FLUORURE 1624 MG/L DS H2O AVEC
TAMPON****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
28/09/2015	12 Mois	28/09/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
3,591 g Sodium Fluorure Ref Prolabo 27860
21,5 g NaH₂PO₄, H₂O Ref Merck 106346
125,6 g Na₂HPO₄, 7H₂O Ref Merck 106574
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**06/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité