

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152848**Référence****88906290****Nom****SOLUTION ETALON DE ZINC M/100****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
29/09/2015	12 Mois	29/09/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 0,6538 g Zinc Ref Prolabo 29068
- 25 ml Acide chlorhydrique 37 % ref Prolabo 20252
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**06/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité