

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152850**Référence****89439290****Nom****SOLUTION AQUEUSE DE NH₄C₂H₃O₂ 5 mM A PH 10****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
29/09/2015	12 Mois	29/09/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
385 mg acétate d'ammonium Ref 84885
QSP 1000 ml eau désionisée
pH=10 +/- 0,05
Filtration 0,45 µm

Date**06/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité