

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152855**Référence****85174260****Nom****SOLUTION ETALON COT 500 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
30/09/2015	12 Mois	30/09/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Potassium hydrogénophthalate 1,0625 g
eau QSP 1000 ml

Date**06/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité