

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**152856****Référence****85200290****Nom****ACIDE OXALIQUE SOLUTION 10 %****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 30/09/2015         | 12 Mois              | 30/09/2016                                      |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
100 g Acide oxalique Ref Prolabo 20562  
Eau QSP 1000 ml

**Date****06/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité