

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152867**Référence****MC3138280500 0****Nom****SOLUTION ETALON AMMONIUM 1 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
30/09/2015	3 Mois	30/12/2015

CONFORMITE

Concentration = 1 mg/l +/- 0,2 %

Date**06/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité