

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152869**Référence****87724260****Nom****SOLUTION TITRANTE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD noir 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
30/09/2015	12 Mois	30/09/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Sodium dodecylsulfate réf merck 1.13760 100 mg
Eau déminéralisée QSP 1000 ml

Date**06/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité