

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

152892**Référence****MC3110500100 0****Nom****Réactif nitro chromique****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
02/10/2015	12 Mois	02/10/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Dichromate de potassium 7 g
Acide nitrique QSP 1 000 ml

Date**06/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité