

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

152907**Référence****85192290****Nom****AMMONIAQUE 25 % SOLUTION A 410 G/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
06/10/2015	12 Mois	06/10/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammoniaque 25 % 453 ml
Eau QSP 1000 ml

Date**12/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité