

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153008**Référence****89359360****Nom****Solution de Sulfate de Cuivre****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
15/10/2015	12 Mois	15/10/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
750 g Cuivre sulfate pentahydraté Ref Prolabo 23165
195 ml Acide chlorhydrique 37% prolabo 20252
4000 ml Eau désionisée

Date**19/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité