

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153059**Référence****MC3110350100 0****Nom****Sol.colorimétrique jaune à 45,0 mg/ml de chlorure ferrique****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
20/10/2015	6 Mois	20/04/2016

CONFORMITE

Concentration = 45,0 mg/ml +/- 0,2%

Date**27/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité