

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot


153083**Référence****89521360****Nom****MELANGE D'ACIDES A 1/2 (HF/HCL)****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
21/10/2015	12 Mois	21/10/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

- 50 ml acide fluorhydrique 48 % Ref Prolabo 20319
- 506,6 ml acide chlorhydrique 37 % ref Prolabo 20252
- 443,4 ml eau désionisée

Date**27/10/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité