

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

153130**Référence****88846260****Nom****Solution Tampon pH=10 avec Sel Disodique****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
26/10/2015	12 Mois	26/10/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
67,5 g Ammonium chlorure Ref Merck 1.01145
570 ml ammoniacque 25 % Ref Merck 1.05432
5 g Mg EDTA Sel Disodique Ref Merck 1.08423
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**03/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité