

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

153142**Référence****88588360****Nom****Condensat acide pH=2****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
27/10/2015	12 Mois	27/10/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Acide chlorhydrique réf prol20252 dilué au 20ème 732µl
Acide nitrique réf prol20413 dilué au 20ème 14212µl
Acide lactique réf prol20356 dilué au 20ème 332µl
Acide acétique réf prol20104 dilué au 20ème
7749µl
Acide formique réf merck1.00264 dilué au 20ème 1345µl
Sodium sulfate réf merck1.06648 603,8mg
Eau QSP 1000 ML
pH=2,00 +/- 0,1

Date**03/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité