

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153145**Référence****87536440****Nom****Solution Bore Hydrazine (Solution 140)****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 20 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
27/10/2015	12 Mois	27/10/2016


CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

-92,7764 g Potassium Tetraborate, 4H₂O, 99 % Ref ALFA 39435 lots: 61500795

- 0,2 g Hydrazine Ref ALFA 16651 lot: P04A014

QSP eau désionisée 1000 ml

Date**03/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité