

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153166**Référence****87399290****Nom****ETALON COT A 25 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
29/10/2015	3 Mois	29/01/2016

CONFORMITE

Concentration = 25 mg/l +/- 0,2%

Date**03/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité