

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153172**Référence****MC3067470500 0****Nom****Iode 0,8 N dans le toluène****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
30/10/2015	12 Mois	30/10/2016

CONFORMITE

Titre = 0,800 N +/- 0,2%

Date**03/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité