

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

153192**Référence****89568180****Nom****TAMPON PH 4,2****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
02/11/2015	12 Mois	02/11/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
10 g Réf Prolabo 26869* POTASSIUM NITRATE
0,820 g Prolabo 27653* SODIUM ACETATE
QSP 1000 ml eau désionisée
PH ajusté à 4.2 +/- 0,1

Date**19/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité