

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153209**Référence****BD16056.290****Nom****Solution n° 1 rhodol pour silicemètre****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
03/11/2015	12 Mois	03/11/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Métol 10 g
Potassium bisulphite 80 g
Eau QSP 1 000 ml

Date**19/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité