

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

153257**Référence****MC3068220500 0****Nom****Tampon pH 3,5****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
06/11/2015	6 Mois	06/05/2016

CONFORMITE

pH = 3,50 +/- 0,02

Date**19/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité