

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

153267**Référence****MC3024360100 0****Nom****Bleu de bromothymol****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
09/11/2015	12 Mois	09/11/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire.
Bleu de bromothymol 0,5 g
Soude 0,1 N 8 ml
Ethanol 200 ml
Eau QSP 1 000 ml

Date**19/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité