

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

153289**Référence****MC3072021000 1****Nom****Tampon pH 6/6,5****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
10/11/2015	12 Mois	10/11/2016

CONFORMITE

pH 6,00 à 6,50

Date**19/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité