

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153363**Référence****89562290****Nom****ACIDE PERCHLORIQUE 0,05MOL/L DANS ACIDE
ACETIQUE****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
17/11/2015	12 Mois	17/11/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
500 ml acide perchlorique 0,1 N Ref PROL30110
QSP 1000 ml acide acétique ref Prolabo 20104

Date**23/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité