

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**153371****Référence****89543.9025****Nom****Agua HPLC Solución tampón pH 9****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 25 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 18/11/2015         | 12 Mois              | 18/11/2016                                      |

**CONFORMITE**

0.7906 g de amonio hidrógenocarbonato ref Prolabo 21219  
QSP 1000 ml agua desionizada de conductividad (20 °C) max 1,5 µs/cm  
Tamponado a pH=9.00 +/- 0.05 con amoníaco  
Filtrado 0.2 µ

**Date****23/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité