

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

153448**Référence****85616290****Nom****TAMPON AMMONIACAL PH 9,2****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
25/11/2015	12 Mois	25/11/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammonium chlorure réf 1145 108 g
Ammoniaque 25 % réf 5432 150 ml
Eau QSP 1000 ml
pH(20°C) =9,20 +/- 0,02

Date**30/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité