

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153468**Référence****89589290****Nom****SOLUTION AUXILIAIRE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
26/11/2015	12 Mois	26/11/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

- 19,02 g EGTA Ref Prolabo 20308
 - 125 ml soude 1 N Ref Prolabo 31627
 - 5,349 g ammonium chlorure Ref Merck 101145
 - 12,4845 g Cuivre Sulfate 5H₂O Ref prolabo 23174
- QSP 1000 ml eau désionisée

Date**30/11/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité