

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153527**Référence****MC3076622000 2****Nom****Tampon pH 10 SERES****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
02/12/2015	12 Mois	02/12/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Sodium hydroxyde 18,75 g
Acide borique 33 g
Potassium chlorure 39,7 g
Eau QSP 1000 ml

Date**07/12/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité