

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153540**Référence****85696290****Nom****TITRIPLEX III EN SOLUTION A 7,4448 G/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
03/12/2015	12 Mois	03/12/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
TITRIPLEX III réf 8418 7,4448 g
Eau QSP 1000 ml

Date**07/12/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité