

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153623**Référence****89364290****Nom****SOLUTION TAMPON EDTA****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
10/12/2015	12 Mois	10/12/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
60 g ammonium chlorure Ref 1.01145
570 ml ammoniacque 25 % Ref 105432
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**14/12/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité