

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

153637**Référence****85695290****Nom****TITRIPLEX III SOLUTION A 186 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
11/12/2015	12 Mois	11/12/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Titriplex III réf 8418 0,186 g
Eau QSP 1000 ml

Date**14/12/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité