

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**160415****Référence****MC3096052000 2****Nom****Tampon ammoniacal****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 08/02/2016         | 12 Mois              | 08/02/2017                                      |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire  
Ammoniaque 350 ml  
Ammonium chlorure 54 g  
Eau QSP 1 000 ml

**Date****16/02/2016****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité