

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

160437**Référence****89512320****Nom****TAMPON PH 2 selon Norme NF T90-431 (A filtrer)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
09/02/2016	12 Mois	09/02/2017

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
14,91 g Potassium chlorure Ref Prolabo 26764
55,6 ml Acide Chlorhydrique 0,2 N
QSP 1000 ml eau désionisée
pH = 2,0 +/- 0,1

Date**16/02/2016****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité