

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

160461**Référence****89543.9025****Nom****Agua HPLC Solución tampón pH 9****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 25 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
11/02/2016	12 Mois	11/02/2017

CONFORMITE

0.7906 g de amonio hidrógenocarbonato ref Prolabo 21219
QSP 1000 ml agua desionizada de conductividad (20 °C) max 1,5 µs/cm
Tamponado a pH=9.00 +/- 0.05 con amoníaco
Filtrado 0.2 µ

Date**16/02/2016****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité