

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2500001**Référence****89441290****Nom****Solution aqueuse de NH₄CHO₂ 2mM à pH 3,1****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
02/01/2025	12 Mois	02/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
126 mg formiate d'ammonium Ref 84884
QSP 1000 ml eau désionisée
pH=3,1 +/- 0,05
Filtration 0,45 µm
Température de Stockage recommandée entre 5 °C et 25 °C

Date**09/01/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité